



Leistungsverzeichnis

Beatmungsgeräte für den
Rettungsdienst

**Öffentliche Ausschreibung der
Feuerwehr Aachen**

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Feuerwehr Aachen beschafft für den städtischen Rettungsdienst drei Beatmungsgeräte. Insgesamt handelt es sich hierbei um 3 Medumat Standard 2. Der Lieferleistung vorgeschaltet ist ein Vergabeverfahren in Form einer Öffentlichen Ausschreibung. Details zum Gerätetyp und Ausstattungsumfang entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Leistungsverzeichnis

1) Technische Anforderungen:

- Alle Bestimmungen der einschlägigen Arbeitsschutzrichtlinien und Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.
- Der Herstellungsort hat sich zur Einhaltung der harmonisierten Vorschriften in Europa zu befinden. Die Produkte müssen über eine CE-Kennzeichnung verfügen. Dies ist sowohl in den technischen Unterlagen als auch auf dem Typenschild der Geräte zu erkennen.
- Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre.
- Änderungen aufgrund von technischem Fortschritt bzw. Festlegung von Standards innerhalb der Feuerwehr der Stadt Aachen können auch zu einem späteren Zeitpunkt Veränderungen des Leistungsverzeichnisses nach sich ziehen. Dies berührt nicht die Gültigkeit der Ausschreibung.
- Aussagefähige technische Unterlagen (Datenblätter, Konstruktionszeichnungen, Fotografien, Prospektmaterial u. dgl.) sind in ausreichendem Maße dem Angebot beizufügen.

2) Vergaberechtliche bzw. angebotsbezogene Anforderungen und Hinweise:

- Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Sämtliche anschließende Auftragsabwicklung, Schriftverkehr und Kundenservice sind in deutscher Sprache zu führen.
- Das Angebot ist unter ausschließlicher Verwendung der im Leistungsverzeichnis angegebenen Formulare einschließlich aller zusätzlich den Vergabeunterlagen beigefügten Dokumente abzufassen.
- Unvollständige Angebote, Angebote auf firmeneigenen Formularen oder nicht unterschriebene bzw. bei elektronischer Einreichung nicht signierte Angebote des Anbieters werden nicht gewertet.
- Die Angebotspreise sind in Euro anzugeben. Sie stellen Festpreise für den Ausführungszeitraum dar und müssen alle Nebenkosten enthalten. Für die Position sind Einzelpreise zu benennen.
- Eine Referenzliste der in den letzten drei Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen ist dem Angebot beizufügen.
- Sofern im Leistungsverzeichnis Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse (z. B. Markennamen) mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ (siehe § 23 Abs. 5 UVgO) verwendet wurden, können alternative Erzeugnisse angeboten werden. In diesen Fällen ist vom Auftragnehmer die Gleichwertigkeit zum geforderten Erzeugnis mit Abgabe des Angebots nachzuweisen. Werden keine Alternativen benannt, gilt das im Leistungsverzeichnis aufgeführte Fabrikat als angeboten.

3) Wertungskriterien und Ausschlussgründe:

Als Wertungskriterium für den Zuschlag bei Erfüllung aller Leistungsanforderungen wird ausschließlich des Preises gewürdigt. Angebote, die eine Lieferfrist nach dem **20.11.2026** vorsehen, werden nicht berücksichtigt.

Leistungsumfang Beatmungsgerät

Beatmungsgeräte in folgendem Umfang:	Einzelpreis netto
Insgesamt <u>drei</u> Stück: WM 9410-1864 MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE 3 NG <u>Inklusive folgender Komponenten:</u> MEDUMAT Standard² Notfallbeatmungsgerät mit MEDUtrigger CPR-Modus, RSI-Modus, IPPV-Modus, CPAP-Modus und Demand -Modus 1 Stück WM 1454 Prüfbeutel für Funktionskontrolle 1 Stück WM 5074 Beatmungsmaske 1 Stück WM 15807 Set CPAP-/NIV-Einmalmasken mit Luftkissen 1 Stück WM 28585 Mehrweg-Schutzhülle für 2m Beatmungsschlauch 2 Stück WM 28740 Hygienefilter für MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 28959 Option Flowmessung + ASB für MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 29195 2m- Einweg- Patientenschlauchsystem MIT Flowmessung für MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 32508 Verbindungsleitung zum FlowCheck-Sensor MIT MEDUtrigger, 2m 1 Stück WM 45045 Akku für MEDUCORE Standard², MEDUCORE Standard und MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 68070 Gebrauchsanweisung MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 75009 Schild, STK in 2 Jahren LIFE-BASE 3 NG mit Ladeschnittstelle für MEDUMAT Standard² oder MEDUVENT Standard 1 Stück WM 8256 Tragesystem LIFE-BASE 3 NG vormontiert für MEDUMAT Standard² 1 Stück WM 8274 Innen-Zubehörtasche für LIFE-BASE 1 NG XL, LIFE-BASE 3NG, LIFE-BASE 4 NG	

1 Stück WM 8298 Tragegurt mit Befestigungsschlaufen	
1 Stück WM 9722 Schutztasche für MEDUMAT Standard ²	
1 Stück WM 68330 Gebrauchsanweisung LIFE-BASE, DE	
1 Stück WM 8220 T-Verteiler mit Rückschlagventil, 1 Abgang G 3/8", 1 Eingang Verschlusskupplung (Typ Walther)	
1 Stück WM 22367 LPH-Niederdruckschlauch mit den Anschlüssen 90° G 3/8" Überwurfmutter mit Innengewinde – 90° G 3/8" Überwurfmutter mit Innengewinde, Länge: 0,47 m in der Farbe weiß	
1 Stück WM 31130 Winkelanschlussstülle mit Überwurfmutter, 90°, ø 6 mm, UNF 9/16"	
1 Stück WM 33821-1 OXYWAY Fast II Grundgerät G 3/4"	
1 Stück WM 66580 Gebrauchsanweisung OXYWAY, DE	

Lieferung

Lieferung erfolgt spätestens bis zum 20.11.2026 frei zu folgender Adresse: Feuerwehr Aachen Medizingerätetechnik / Hr. Pitz Stolberger Straße 155 52068 Aachen	
---	--

Ihr Angebot für die Feuerwehr Aachen

Lieferung von Beatmungsgeräten:

Einzelpreis Medumat Standard 2 netto:

Gesamtpreis für 3x Medumat Standard 2 netto:

zzgl. gesetzl. MwSt.:

Gesamtpreis:

Lieferzeit oder Liefertermin: